

תאריך הדפסה: 14/06/16
תאריך אישור: 14/06/16 14:59

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053996

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מט"ש צפת

תאריך דווח: 14/06/16
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/05/16
תאריך דיגום: 25/05/16
תאור מצב דגימה: מקורר
זומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: מורכב 24-25/5/16
שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 15:55

מספר דגימה: SO16053996/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	7.62		PH
	400.0		428.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		274	mg/L	BOD כללי
	800		929	mg O2/L	COD כללי
			97	mg/L	BOD מומס
			263	mg O2/L	COD מומס
	50.0		78.0	mg/L	תנקן קלדהל (TKN)
מיגל	40.00		7.80	mg/L	דטרנט אניוני
	1.0		1.8	mg/L	סולפיט מומס
	0.500		< 0.010	mg/L	ציאנידים
			774	mg/L	כלורידים
			54.80	mg/L	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
		70%TSS	401.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
	1,2	SM 5210B	BOD מומס
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
	1,2	MERCK KIT SQ	COD מומס
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 4500 H+B	PH
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17,9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 קובץ התקנות	1,9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרנט אניוני
	17	MERCK KIT SQ	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	תנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
7387 קובץ התקנות	1,9	SM4500S2—F	סולפיט מומס
7387 קובץ התקנות		MERCK KIT SQ	ציאנידים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****